[별지 제2호서식] <개정 2014.1.17>

측정기기 형식승인서

(앞쪽)

승인번호	제 IASM-2017-4 호

신청인	상호 (사업장명칭) ㈜탑트레이딩이엔지	
	성명(법인의 경우 대표자) 장 기 호	
	주소 서울시 성동구 광나루로 6길 35 908호 (성수동2가, 우림이비즈센터) (전화번호 : 02-2024-2430)	
	사업장소재지 서울시 성동구 광나루로 6길 35 908호 (성수동2가, 우림이비즈센터) (전화번호 : 02-2024-2430)	
승인내용	제작사 ㈜탑트레이딩이엔지	제작국 대한민국
	기기명칭 실내공간오염물질(실내건축자재 방출시험용 휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치 및 그 부속기기	형 식 MSCS-T9-ISO
	상품명(고유명칭) 소형챔버시스템	측정범위(유량) 최소 : 158.65 mL/min 최대 : 175.35 mL/min
	최소눈금 (단위) 1 mL/min	공인측정오차범위 167 mL/min × 0.5%
	승인조건 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제9조 준수	

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조제6항과 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 승인합니다.

2017년 11월 2 일

국립환경과학원장

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]